



CR:110AIS

dosimètre de bruit
doseBadge sécurité intrinsèque

Certification ATEX & EEx

La version CR:110AIS du doseBadge CR:110A porte la certification ATEX et EEx suivante:

Group II Applications non-minières

CR:110AIS Dosimètre Individuel de Bruit Certificat No. Baseefa04ATEX0330
EEx ia IIC T4 CE Ⓜ II 1 G

Group I Applications minières

CR:110AIS Dosimètre Individuel de Bruit Certificat No. aseefa04ATEX0331X
EEx ia I (-20°C <= Ta <= +40°C) CE Ⓜ I M1 G



Certification SABS

Le CR:110AIS porte la certification du Bureau de Standards d'Afrique du Sud (SABS) pour le Groupe II applications non-minières ainsi que le Groupe I applications minières suivante:

EEx ia IIC T4, EEx ia I, IA No: SABS MS/05-370



Certification MSHA

Le CR:110AIS porte la certification MSHA (Administration de sécurité et santé minière) suivante:

No. d'approbation 18-A060027-0



Pour de plus amples renseignements concernant ces certifications, prière de se référer à la documentation fournie avec le CR:110AIS ou de contacter votre représentant Cirrus régional. D'autres certifications peuvent être disponibles pour le CR:110AIS.

Certification FM & IECEx en instance.

Le doseBadge CR:110AIS est le seul élément du système doseBadge qui est certifié, et ne devrait s'employer qu'avec les accessoires fournis par Cirrus Research plc uniquement pour ce système. L'emploi d'autres accessoires ou pièces non-fournis par Cirrus Research plc spécifiquement pour l'utilisation avec le CR:110AIS peuvent rendre invalide la certification de sécurité intrinsèque.

Prière de noter que le lecteur RC:110A et la télécommande porte-clé RC:101A ne sont pas certifiés pour l'emploi dans les endroits dangereux, et donc le doseBadge doit être démarré avant d'entrer dans les zones dangereuses.



Cirrus
Research plc
Spécialiste en mesures acoustiques

Cirrus Research France

Tel: +33 (0) 4 68 69 20 91
Fax: +33 (0) 4 68 69 20 91
Email: sales@cirrusresearch.dr
Web: www.cirrusresearch.f

Your Cirrus Distributor:

CR:110AIS/10/06/01/FR